

自動手指洗浄消毒器

# WS-B3SN / B3SNF


## 取扱説明書

お買い求めいただき、誠にありがとうございます。  
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく  
お使いください。  
なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。


(社団法人 日本水道協会 認証登録品)

保証書付

屋内用



WS-B3SN



WS-B3SNF

### 目次

	ページ
安全上のご注意	1
• 使用上の注意事項	
• 移設・修理時の注意事項	
• 廃棄時の注意事項	
各部の名称とはたらき	4
ご使用方法	6
• 運転開始	
• 水量の調整	
• 薬液ボトルの交換または補充方法	
• 使用方法	
お手入れ方法	11
• 手指センサーの掃除	
• ノズルの掃除	
• 給水メッシュの掃除	
• 排水管内の掃除	
• 長期間使用しない場合	
定期点検	15
修理を依頼される前に	16
仕様	17
保証とアフターサービス	18
• 保証について	
• アフターサービスについて	
• サラヤメンテナンスシステム	
保証書	裏表紙
お問い合わせ窓口	裏表紙

SARAYA

保証書付

屋内用

### 保証書

本製品は、幾多の検査、および品質管理を経てお届けしております。お客様での正常使用の中で万一故障した場合には、この保証書記載内容にもとづき対応いたします。下記「お問い合わせ窓口」までご連絡ください。その際には必ずこの保証書をご提示ください。

なお、この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※設置場所変更・ご移転の際には、事前に下記「お問い合わせ窓口」までご相談ください。

型 式	WS-B3SN / WS-B3SNF	
製造番号	※各部の名称	ページ参照
保証期間	(ご購入日)	年 月 日から 1年間

個人情報の「利用目的について」はこの枠内をご参照ください。

ご記入いただきました、お名前、ご住所、お電話番号等の個人情報は、保証期間内のサービス活動および、その他の安全点検活動などの為以外には利用いたしません。詳しくは、<http://www.saraya.com/privacy> でご確認ください。  
お電話でのお問い合わせは、06-6797-3111個人情報担当(平日9時~17時)までお問い合わせください。

フリガナ ユーザー名			
ご 住 所	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		都 道 府 県
	TEL. ( )	-	
FAX. ( )	-		
ご担当部署		ご担当者	
設置場所			

### 保証規定

- 「取扱説明書・本体注意ラベル」などの注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料交換(修理)いたします。ただし、離島およびこれに準する遠隔地への出張対応は、出張に要する実費をいただきます。
- 次の場合には、保証期間内であっても保証いたしません。  
(イ) 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障・損傷。  
(ロ) 納品後の移動・落下・輸送による故障・損傷。  
(ハ) 火災・塩害・ガス害・異常水圧・異常水質、および地震・雷・風水害・その他の天災地変による故障・損傷。  
(ニ) 保証書のご提示がない場合。  
(ホ) 保証書に未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.  
●この保証書は、明示した期間および条件のもとにおいて無料対応をお約束するものです。従って、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
詳しくは「取扱説明書」などをご覧ください。なお、ご不明な場合はお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ窓口

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

サラヤ株式会社 TEL.06-6797-2525 URL.<http://www.saraya.com/>

電話受付: 平日(土日および祝祭日、弊社休日を除く) 9:00~18:00

●お問い合わせ窓口では、製品のご使用方法やメンテナンスに関するお問い合わせ、最寄りのサービス拠点のご案内を承っております。

# 安全上のご注意

1

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでもご確認いただける場所に保管してください。

本取扱説明書で不明な点は、当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）までご連絡ください。

## 表示の説明




誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷  
(※1)などに結びつく可能性があるもの



誤った取り扱いをしたときに傷害(※2)、または  
家屋・家財などの損害(※3)に結びつくもの

## 図記号の説明



絶対に行わないでください



必ず指示に従ってください

(※1)重傷とは、失明やケガ、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療のために入院や長期通院を要するものをさします。

(※2)傷害とは、治療に入院や長期通院を要しないケガ、やけど、感電などをさします。

(※3)損害とは、家屋・家財、および家畜・ペットなどに関わる拡大損害をさします。

## 使用上の注意事項



仕様に定める規格に従い取り付け、  
使用する。

規格外での取り付け・使用は、ケガや事故、  
故障の原因になります。



可燃性スプレーを近くで使用しない。  
火災や爆発の原因になります。

火のついたローソクやタバコなどの火気  
や、揮発性の引火物を近づけない。  
変形や火災の原因になります。



ガス漏れがあったときは、製品には手を  
触れず窓を開けて換気する。  
引火爆発による火災ややけどの原因になります。

濡れた手で電源プラグを持たない。  
感電やショート、火災の原因になります。



電源コードを傷付けない。  
無理に曲げる・束ねる・重い物を乗せるなどして  
過剰なストレスを加えたり、加熱したりしない。  
電源コードが破損し感電や火災の原因になります。

電源コードや電源プラグがいたんだ  
いたり、コンセントの差し込みがゆるい  
ときは使用しない。  
感電やショート、発火の原因になります。



電源は交流100Vで定格15A以上の  
コンセントを単独で使用する。  
他の器具と併用すると分岐コンセント部が  
異常発熱して発火の原因になります。

電源プラグは刃の根元まで確実に差し  
込み、ほこりが溜まらないように定期的に  
清掃する。  
異常発熱や火災の原因になります。



異常発生時には直ちに運転を停止し、  
電源プラグをコンセントから抜く。  
感電や火災の原因になります。詳しくはお買い  
求めの販売店、または当社のお問い合わせ  
窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。

# 安全上のご注意

2

## 使用上の注意事項(続き)



電源プラグをコンセントから抜くときは、  
電源コードを持たずに電源プラグの  
本体を持って引き抜く。

電源プラグが破損し、感電や火災の原因に  
なります。



製品に水をかけない。

電気部品に水がかかると漏電による感電や  
火災、故障の原因になります。



水道水以外の水を使用しない。  
雑菌の発生により健康を害する恐れがあり  
ます。



製品を凍結させない。冬季など周囲温度  
が氷点下になるときは水抜きをする。  
配管に残った水が凍結すると、配管が破損して  
事故や水漏れの原因になります。



給水源には水質基準(厚生労働省令第  
101号)に適合した飲料水を使用し、給水  
圧0.07~0.59MPaの範囲で使用する。  
健康を害したり水漏れの原因になります。



当社指定の薬液以外は使用しない。  
故障の原因になります。



薬液は、その薬液の「使用上の注意」など  
をよく読んでから使用する。



製品の上に乗ったり、物を置いたりしない。  
転倒・落下によるケガや故障の原因になります。



落としたりぶつけたりして、強い衝撃を  
与えない。  
故障による感電、火災の原因になります。



手洗い・消毒以外の目的で使用しない。  
薬液で顔や頭などを洗ったり、水を飲んだり  
しない。健康を害する恐れがあります。



扉を閉めるときは指をはさまないよう  
に注意する。  
ケガの原因になります。



薬液を装着するときは薬液がこぼれない  
ように注意する。  
薬液がこぼれた場合はすぐに拭き取る。床面  
などの変色や、すべて転倒するなどの事故  
の原因になります。



定期点検を行う。  
製品の安全および性能を保つため、定期点検  
と清掃作業を行ってください。



点検やお手入れの際は、運転を停止し  
電源プラグをコンセントから抜く。  
感電や火災の原因になります。



長期間使用しないときや保管するとき  
は、必ず水抜きし電源プラグを抜く。  
水の腐敗や漏電による感電、火災の原因に  
なります。

## 移設・修理時の注意事項

## ⚠ 警告



絶対に分解・修理・改造は行わない。

ケガや感電、故障の原因になります。修理についてはお買い求めの販売店、または当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。


## 廃棄時の注意事項

## ⚠ 注意



製品を廃棄するときは、各国・地域の法律または規則に従う。

## 各部の名称とはたらき



**①液切れ表示ランプ**

各薬液ボトル内の薬液がなくなると、赤色に点滅します。

**②手指センサー**

手指の接近を感じます。

**③石けん液ノズル / 泡石けんノズル**

手指センサーが手指を感じると、自動的に石けん液が吐出します。

**④水ノズル**

手指センサーが手指を感じると、自動的に吐水します。

**⑤消毒液ノズル**

手指センサーが手指を感じると、自動的に消毒液が噴射します。

**⑥石けんタンクケース**


石けん液ボトルが入ります。奥には、ポンプや制御基板が入っています。

**⑦消毒タンクケース**

消毒液ボトルが入ります。奥には、ポンプや制御基板が入っています。

**⑧操作パネル**

電源のON/OFFなどを行います。(詳細は下に記載)

**操作パネル****A:運転スイッチ**

押すと、運転をON/OFFします。

**B:運転ランプ**

運転状態になると緑色に点灯します。

**C:リセットスイッチ**

薬液切れになったとき、その状態を解除するためのスイッチです。

薬液を補充したあとリセットスイッチを押すと薬液配管内に薬液を供給し、通常に使用できる状態になります。

(7~9ページ「薬液ボトルの交換または補充方法」を参照してください)

**運転開始**

混合水栓を併用している場合、その取り扱いについては、混合水栓に同梱している『取扱施工説明書』の内容に従ってください。

①止水栓のハンドルを全開にします。



②電源コンセントに電源プラグを差し込みます。

(運転ランプが点灯します)

**注 意**

●止水栓のハンドル操作はゆっくりと行ってください。

●電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。

**水量の調整**


①水ノズルの下に手を近づけると、水が吐出します。

②止水栓のハンドルを左右に回して、適切な水量に調整します。

**注 意**

●初回作動時は、空気と水が混ざって水ノズルから勢いよく飛び散ることがあります。このとき、右図の様にコップなどを水ノズルにかぶせ、水の飛び散りを防いでください。

●初期通水時、まれに音がすることがありますが、製品の異常ではありません。給水電磁弁ケース内部の空気が抜ける音で、空気が抜ければ解消し再発しません。




## 薬液ボトルの交換または補充方法


## 注意

- 薬液ボトル内に薬液がない状態(薬液切れ)では、薬液の吐出・噴射を行うことはできません。(水は吐出します)
- 薬液切れの状態で長時間放置すると、作動不良や故障の原因になります。  
速やかに薬液の交換または補充を行ってください。
- 薬液は常に予備を用意していただき、交換および補充の都度、お買い求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ窓口(裏表紙に記載)までご注文ください。

①各タンクケースの鍵穴に鍵を差し込み、左に回して開錠し、扉を開けます。



②ジョイントキャップを取り外し、薬液ボトルを取り出します。




## ⇒薬液入り詰め替えボトル(交換タイプ)の場合

- ③新しい薬液ボトルのキャップを外し、ジョイントキャップを取り付け、タンクケースに装着します。

## 注意

- ジョイントキャップは確実に締め、取り付けてください。
- 薬液ボトル内にゴミなどが混入しないように注意してください。






## ⇒カートリッジ式ボトル(補充タイプ)の場合

- ③取り出した薬液ボトルからインナーキャップを取り外し薬液を補充します。補充したらインナーキャップを取り付け、タンクケースに装着します。

## 注意

- ジョイントキャップは確実に締め、取り付けてください。
- 薬液ボトル内にゴミなどが混入しないように注意してください。
- インナーキャップは、床などの不衛生な場所に置かないでください。




④リセットスイッチを1回押し、リセット運転を行います。

### リセット運転について

一定時間（約20秒間）、強制的に薬液を薬液配管内へ供給したのち自動的に停止します。

この動作により、正常に供給された場合には薬液切れを解除し、通常使用できる状態に復帰します。

なお、5秒経過後、リセット運転中に再度リセットスイッチを押すことで停止させることができます。その時点での薬液が正常に薬液配管内へ供給されていれば薬液切れを解除し、通常使用できる状態に復帰します。




⑤吐出・噴射状態を確認します。

### 注意


- 薬液ノズルから薬液が吐出・噴射していない場合には、再度リセット運転を行ってください。

- 『薬液配管内に薬液が充分に供給されている』『薬液ボトルには充分薬液が残っている』のに薬液切れ状態が継続する場合は、次の内容を確認してください。

- ジョイントキャップは確実に締め付けられているか？
- インナーキャップが組み込まれているか？
- インナーキャップとジョイントキャップの間にゴミなどが挟まっていないか？
- チューブが折れていないか？



⑥タンクケースの扉を閉め、鍵を右に回して施錠します。




### 使用方法

#### 石けん液

手指感知範囲内に手を差し出すと手指センサーが感知し、石けん液が吐出します。

#### 泡石けん液


手指感知範囲内に手を差し出すと手指センサーが感知し、泡石けん液が吐出します。



#### 水

手指感知範囲内に手を差し出している間（最大約60秒間）、吐水します。


手を引くと、その約1秒後に水が止まります。



#### 消毒液

手指感知範囲内に手を差し出している間（最大約4秒間）、消毒液が噴射します。

手を引くと、ただちに噴射が止まります。



### 注意

- 薬液がなくなると、それぞれの液切れ表示ランプが赤色に点滅します。薬液切れのときは作動しません。  
薬液を交換（補充）してください。（7～9ページ「薬液ボトルの交換または補充方法」を参照してください）
- 石けん液、消毒液は設置後すぐには吐出（噴射）しないことがあります。これは薬液がノズルまで流れていなかったためです。  
各リセットスイッチを押してください。（7～9ページ「薬液ボトルの交換または補充方法」を参照してください）
- 手もみしているときなど、不用意に水などが出ないようにするために、動いている手指に対しては感知にくくなっています。  
各ノズルから水や薬液を取り出す際は、手指センサー感知範囲内で約1秒程度手を止めるようにしてください。
- 的確に衛生手洗いを行っていただく目的で、『水、または石けん液を吐出した状態で消毒液を噴射すること』『消毒液を噴射した状態で水、または石けん液を吐出すること』はできません。

# お手入れ方法

11

本製品を未永くお使いいただくため、定期的にお手入れをしてください。

お手入れの際、必ず電源がOFFになっていることを確認して、電源プラグを抜いてください。

汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、適度に薄めた中性洗剤をふくませた布で拭き取ってください。その後、水で濡らしてよく絞った柔らかい布で洗剤を拭き取り、最後に柔らかい布でから拭きしてください。(手指センサー部除く\*)

\*手指センサー部は下記の要領で掃除を行ってください。

## 注意 次のものは使わないでください。

シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・中性洗剤以外の洗剤類・熱湯・酸・アルカリ・たわしなど化学ぞうきんを使用する際は、その注意書きに従ってください。

## 注意

お手入れの際は、安全のため、必ず両方のタンクケースの運転スイッチを“OFF”にして電源を切ってください。



## 手指センサーの掃除

手指センサー表面は定期的(1ヵ月に1回程度)に清掃してください。手指センサー表面に汚れがつくと、感知が鈍くなったり、誤作動したりする原因になります。

- ①運転スイッチを“OFF”(運転ランプが消灯)にします。
- ②ぬるま湯を含ませた布で手指センサー表面を軽く拭きます。
- ③運転スイッチを“ON”(運転ランプが点灯)にします。
- ④各ノズルの吐出・噴射状態を確認します。

## 注意

手指センサー表面にゴミや水滴、拭き取りあとが残っていないことを確認してください。誤作動の原因になります。




## ノズルの掃除

### 石けん液ノズルの掃除

- ①運転スイッチを“OFF”(運転ランプが消灯)にします。
- ②ピンなどを使用し、ノズル先端についた石けん液のかたまりを取り除きます。
- ③運転スイッチを“ON”(運転ランプが点灯)にします。
- ④吐出状態を確認します。

## 注意

ノズルの先端に異物が残っていないことを確認してください。作動不良の原因になります。



# お手入れ方法


12

### 泡石けんノズルの掃除

- ①運転スイッチを“OFF”(運転ランプが消灯)にします。
- ②吐出ノズルを反時計方向に回して取り外します。
- ③メッシュを取り出し、ぬるま湯で洗います。
- ④清潔な布でメッシュの水気を取り、②と逆の手順でメッシュ、吐出ノズルをそれぞれ取り付けます。
- ⑤運転スイッチを“ON”(運転ランプが点灯)にします。
- ⑥吐出状態を確認します。

## 注意

ノズル内に異物が混入しないように注意してください。作動不良の原因になります。




### 消毒液ノズルの掃除

- ①運転スイッチを“OFF”(運転ランプが消灯)にします。
- ②ノズル先端部分を、約10分間お湯(70~80°C)につけ洗いします。異物が付着している場合は、ブラシなどで十分に洗浄してください。
- ③清潔な布でノズルを拭きます。
- ④運転スイッチを“ON”(運転ランプが点灯)にします。
- ⑤噴射状態を確認します。

## 注意

- お湯を扱う際は、やけどをしないように注意してください。
- ノズルの先端に異物が残っていないことを確認してください。作動不良の原因になります。



## 給水メッシュの掃除

## 注意

●本製品には、水道配管内に浮遊する切り粉や切削油、異物などから保護するため、給水接続口に給水メッシュを設けています。給水メッシュを汚れたままにしておくと、『水の出が悪くなる』『異臭を放つ水が出る』といったトラブルの原因になります。


●給水メッシュの掃除を行う際、多量の水が漏れる恐れがあります。あらかじめ止水栓の下に容器などを置いてください。

- ①止水栓のハンドルを閉じます。
- ②水ノズルの下に手を差し出し、圧抜きと止水確認を行います。
- ③運転スイッチを“OFF”（運転ランプが消灯）にします。
- ④給水管（フレキ管）の、給水接続口（給水電磁弁ケース）側ナットを取り外します。
- ⑤給水メッシュを取り外し、水洗いします。
- ⑥逆の手順で接続を行い、止水栓のハンドルを開けます。

## 注意

●異物が混入しないように注意してください。  
作動不良の原因になります。

●接続部分から水漏れしないことを確認してください。



## 排水管内の掃除

当社スケール除去剤、もしくは市販されている酸性パイプクリーナーを流し入れてください。

## 注意

薬液については、薬液に貼付されている『使用上の注意』などをよく読んでからお使いください。

## 長期間使用しない場合

## 注意

本製品は、毎日使用されることを前提に設計しています。長期間使用せずそのまま放置すると、異物（薬液が乾燥した際に発生する残留成分、固化した薬液など）がソルト先端や部品内部をふさぎ、作動不良や故障の原因になります。また、水や薬液の腐敗、漏電、火災、故障の原因になります。

## (1) 止水

- ①止水栓のハンドルを閉じます。
- ②水ノズルの下に手を差し出し、圧抜きと止水確認を行います。

## (2) 薬液抜き（石けんタンクケース/消毒タンクケース共通）

- ①タンクケースの扉を開けます。
- ②薬液ボトルを取り出します。
- ③リセットスイッチを1回押し、リセット運転（空運転）を行います。
- ④空の薬液ボトルに市販の消毒用エタノール（未変性）を補充し、タンクケースに装着します。
- ⑤リセットスイッチを1回押し、リセット運転を行います。
- ⑥薬液ボトルを取り出します。
- ⑦空の薬液ボトルを用意し、タンクケースに装着します。

## (3) 電源を抜く

- ①運転スイッチを“OFF”にします。（運転ランプが消灯します）
- ②電源コンセントから電源プラグを抜きます。

## 注意

●薬液ボトルの装着・取り外しについては7~9ページ「薬液ボトルの交換または補充方法」を参照してください。

●薬液ボトル内の薬液はそのまま長時間放置すると、異物混入や乾燥による固着、腐敗、変性を起こす恐れがあるので、すべて破棄してください。また、空になった薬液ボトルは水洗いし、十分に乾燥させてください。

●空の薬液ボトルは、水洗いして十分に乾燥させたものを使用してください。

安心してお使いいただくために、定期的に次のような点検を行ってください。  
そのとき、もしご不審な点がありましたら、すぐにお買い求めの販売店もしくは、お問い合わせ窓口（裏表紙に記載）にご連絡ください。

## 半年～1年に一度

以下の項目の点検を行ってください。

- 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？
- 電源プラグにほこりが堆積していませんか？
- 電源コードに亀裂やすりキズはありませんか？
- タンクケースや電源プラグ、その他の電気系統において、異常な発熱などはありませんか？
- 給水配管や薬液チューブに水漏れや薬液漏れはありませんか？

故障かな？…と思ったら、まず次のことをお調べください。

「取」…取扱説明書（本紙） 「施」…施工説明書（別紙）

症 状	調べるところ	ページ
運転しないとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>●運転スイッチが“OFF”（運転ランプが消灯）になっていませんか？</li> <li>●電源プラグがコンセントにしっかりと入っていますか？</li> <li>●屋内配電盤のブレーカーやヒューズが切れていませんか？</li> <li>●停電ではありませんか？</li> </ul>	取:5 取:6 — —
音がうるさいとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体になにか物が触れていませんか？</li> <li>●据え付けた壁面がしっかりとしていますか？</li> <li>●製品は確実に固定されていますか？</li> </ul>	— 施:7 施:7～18
石けん液が吐出しないとき 消毒液が噴射しないとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>●薬液切れ（液切れ表示ランプが点滅）ではありませんか？</li> <li>●ノズルが詰まりていませんか？</li> <li>●リセットスイッチを押しましたか？</li> <li>●手指センサーが汚れていませんか？</li> </ul>	取:4・5・7～9 取:11・12 取:9 取:11
石けん液が泡にならないとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>●吐出ノズル内にメッシュが取り付けられていますか？</li> <li>●エアチューブが折れていませんか？</li> </ul>	取:12 施:9～12・15
水が吐出しないとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>●止水栓が閉じていませんか？</li> <li>●水道圧が下がっていませんか？</li> <li>●手指センサーが汚れていませんか？</li> <li>●給水メッシュが汚れていませんか？</li> </ul>	取:6 — 取:11 取:13

以上のことをお調べになり、それでも不具合症状が解消されない場合には、ご自分で修理なさらないで、機能停止要領（下記）に基づいて操作を行い、お買い求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）にご相談ください。

## 機能停止要領

- ①運転スイッチを“OFF”（運転ランプが消灯）にします。
- ②電源プラグをコンセントから抜きます。
- ③止水栓を閉じます。

次の症状のときは、ただちに運転を停止してお買い求めの販売店もしくは、当社のお問い合わせ窓口（裏表紙に記載）にご連絡ください。

- (1) ブレーカー、ヒューズがたびたび切れるとき。
- (2) 電源プラグやコードが異常に熱いとき。
- (3) スイッチなどの動作が不確実なとき。
- (4) 本体内部に誤って異物や水が入ってしまったとき。

項目	内容	
名称	自動手指洗浄消毒器	
型式	WS-B3SN / WS-B3SNF	
外形寸法	WS-B3SN … W300 × D123 × H97 mm (ノズル部の寸法) WS-B3SNF … W300 × D125 × H97 mm (ノズル部の寸法)	
製品質量	約9g(石けん液、消毒液含む) 乾燥質量:約7kg	
主な材質	<p>《共通》            ノズル部本体 … ステンレス(SUS304)他            水(温水)ノズル … C3604B(Ni-Crメッキ)他            消毒液ノズル … PP他            タンクケース … ABS他            電磁弁ケース … ABS他            コネクターケース … PP</p> <p>《WS-B3SN》            石けん液ノズル … PP他</p> <p>《WS-B3SNF》            泡石けんノズル … C3604B(Ni-Crメッキ)他</p>	
電源電圧	AC100V 50/60Hz (本体DC12V)	
電源コード	長さ約1.8m	
定格消費電力	待機時:1.5W 作動時:WS-B3SN…6W WS-B3SNF…9W	
給水・給湯圧力	0.07~0.59MPa(給水圧力≥給湯圧力)	
給水接続口	G1/2おねじ	
使用環境温度	5~40°C(薬液に適切な流動性が保たれていること)	
使用環境湿度	20~85%(結露なきこと)	
センサー方式	赤外線センサー	
手洗い水吐出機能	吐水量	約4L/分(最大1分間)
	吐出温度	単水栓:水温(凍結なきこと) 混合水栓:水温(凍結なきこと)~45°C
石けん液吐出機能 泡石けん液吐出機能	吐出量	石けん液:約3mL(1秒間) 泡石けん液:約1.8g(0.6秒間)
	ボトル容量	1L
	吐出方式	石けん液:ダイヤフラムポンプ 泡石けん液:(液用)ダイヤフラムポンプと(空気用)ダイヤフラムポンプの連動
消毒液噴射機能	噴射量	約1.5mL/秒(最大4秒間)
	ボトル容量	1L
	噴射方式	ダイヤフラムポンプと噴射ノズル
使用薬液(※)	石けん液	「シャボネットP-5」、その他当社指定の石けん液
	消毒液	「ヒビスコールS」、その他当社指定の消毒液

※ 使用薬液は、当社指定の薬液をお使いください。

他社の薬液を使用した場合、トラブルが生じる恐れがありますのでお使いにならないでください。

本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

### 保証について

- 裏表紙に保証書が付いています。  
保証書に必要事項をご記入のうえ、内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。  
なお、保証期間内でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、お買い求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ窓口(裏表紙に記載)にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。  
当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。
- 保守部品の最低保有期間は、製造日から10年です。  
保守部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。  
最低保有期間が経過した場合、修理が不可能になるか、可能であっても、修理費用や修理期間が保有期間にとは異なることがあります。  
保有期間にあっても、部品供給メーカー等の都合で、修理が不可能になる場合があります。

### アフターサービスについて

- アフターサービスでお困りの場合は  
アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合はお買い求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ窓口(裏表紙に記載)にご相談ください。  
※故障の場合は、ご購入日、本製品の型式と、できるだけ詳しい故障状態をお知らせください。
- 転居されるときは  
ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もってお買い求めの販売店、もしくは当社のお問い合わせ窓口(裏表紙に記載)にご相談ください。  
ご転居先での販売店、もしくは最寄りの当社サービス拠点を紹介させていただきます。

### サラヤメンテナンスシステム

本製品のメンテナンスは、当社サービスマンがお引き受けいたします。設置された本製品は、1台ずつ資料を当社にて記録しメンテナンス報告に基づいて本製品のご利用状況をお知らせするなど、きめ細やかなアフターサービスで、ご担当者のお手伝いもしております。